

SC 03 - RISCHIO INDUSTRIALE ED ENERGIA

SS 03.05 - POLO AMIANTO

Laboratorio di VIA SABAUDIA 164 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

RAPPORTO DI PROVA N. 2017/004016 Emesso il 07/02/2017

N° Campione: 2016/046442

Descrizione: FIBRE AERODISPERSE

CAMPIONE 1 - Monitoraggio ambientale - Piazza Garibaldi - lato destro.piazza□

Committente: COMUNE DI CASALE MONFERRATO - UFFICIO ECOLOGIA
CASALE MONFERRATO (AL)

Prelevato da: ARPA - SS 03.05 - POLO AMIANTO - SEDE DI CASALE M.TO
CORSO INDIPENDENZA 37/39 15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Metodo di campionamento: Metodo interno rev.3: 2015 - U.RP.T069

Presso: PUNTO GENERIC
- 13039 TRINO (VC)

Pervenuto il: 08/09/2016 **Verbale/Riferimento:** M131/MO/16 **del:** 08/09/2016

Prove iniziate il: 07/02/2017 **Terminate il:** 07/02/2017

Il presente Rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati riportati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

N° Campione: 2016/046442

N° Rapporto di Prova: 2017/004016

Esame obiettivo: Campione 1

PARAMETRI CHIMICI

| METODO/Parametro | Valore | Incertezza | U.M. | Recupero |
|------------------------------------|--------|------------|-----------------|----------|
| D.M. 06/09/94 ALL. 2 - (U.RP.M757) | | | | |
| Grunerite d'amianto | 0 | | n° fibre conteg | N.A. |
| Crisotilo | 0 | | n° fibre conteg | N.A. |
| Crocidolite | 0 | | n° fibre conteg | N.A. |
| Tremolite d'amianto | 0 | | n° fibre conteg | N.A. |
| Actinolite d'amianto | 0 | | n° fibre conteg | N.A. |
| Antofillite d'amianto | 0 | | n° fibre conteg | N.A. |
| Concentrazione fibre di amianto | < 0,2 | | ff/l | N.A. |
| Concentrazione fibre inorganiche | 0,3 | | ff/l | N.A. |
| Concentrazione fibre organiche | 0,4 | | ff/l | N.A. |
| Concentrazione fibre totali | 0,7 | | ff/l | N.A. |

Per. Chim. Daniele Denti

Daniele Denti

Il Dirigente Responsabile: Dott. Albino Defilippi
 Firmato da: Albino Defilippi
 Data: 08/02/2017 13:45:02

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (SI/NO).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile